ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-628	PS/NC/48895

PRODUCTO

Sistemas de Tomografía Computarizada (TC) Brilliance

Modelo de sistema	**Código de producto**
Brilliance 64	728231
Brilliance 40	728235
Brilliance 16-Slice	728246
Brilliance 10-Slice	728251
Brilliance 6-Slice	728256

Nº SERIE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los modelos y configuración afectados.

FABRICANTE

Philips Medical Systems , Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A., sita en la calle María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de Tomografía Computarizada (TC) Brilliance, debido a la posibilidad de que la cubierta frontal del gantry se desprenda, y cause lesiones en el paciente o en el personal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/11/2018
Localizador: 5CL528Q3C0

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89