ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-633	PS/AG/49109

PRODUCTO
Sistema CombiDiagnost R90
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso la configuración afectada.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de radiofluroscopia multifuncional.

VERSIÓN DE SOFTWARE
1.0.0, 1.0.1, 1.0.2.

FABRICANTE
Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A., calle María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la detección de varios problemas en determinados sistemas CombiDiagnost R90 y actualización del software a la versión 1.0.3.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/12/2018
Localizador: SPCYC8NC15

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89