MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-641	PS/MTM/48968
PRODUCTO STACLOT® LA, referencia 00600	
FINALIDAD PREVISTA Prueba de neutralización para la detección de los anticoagulantes lúpicos.	
Nº LOTE 251918 y 252751	
FABRICANTE Stago, Francia.	
DISTRIBUIDOR Diagnostica Stago S.L.U., Plaza Europa 9-11, planta 23, 08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización de los lotes 251918 y 252751 del producto STACLOT® LA, referencia 00600, debido a una disminución de la sensibilidad hacia el final de la vida útil.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 05/12/2018
Localizador: WZXCZBLA01

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89