MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-638	PS/MRG/48426

PRODUCTO
Sistemas Biograph mCT y Biograph Horizon.
Nº modelo: 10248668, 10248669, 10248670, 10248671, 10248672.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de adquisición de imágenes radiológicas, combinación de un sistema de cámara de tomografía por emisión de positrones (PET) y un sistema de cámara de tomografía computarizada (TC).

FABRICANTE
Siemens Medical Solutions USA, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que los tornillos del borne de conexión de alimentación de los Sistemas Biograph mCT y Biograph Horizon estén aflojados, lo cual podría provocar un sobrecalentamiento de la toma de corriente del sistema y ocasionar un fuego.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 893YK5A651
Fecha de la firma: 05/12/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89