MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-644	PS/CH/49175
PRODUCTO Sistema de Oncología clínica MOSAIQ	
VERSION SOFTWARE 2.64 SP9 o superior	
FABRICANTE Elekta Inc., Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR Elekta Medical, Calle de Manuel Tovar, 43, 28034 Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de crear un registro de imagen y unos desplazamientos del paciente incorrectos, que daría lugar a una pérdida geométrica.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: NNZDP3KBAC
Fecha de la firma: 11/12/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89