ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-651	PS/PRV/49255

PRODUCTO

Endoscopios de vías aéreas de Olympus. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Endoscopios destinados al diagnóstico y el tratamiento de las vías respiratorias, el árbol traqueobronquial o la cavidad torácica.

FABRICANTE

Olympus Medical Systems Corp., Japón.

DISTRIBUIDOR

Olympus Iberia, S.A.U., sita en Plaza Europa, 29-31, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relativas al riesgo de utilizar accesorios no compatibles y actualización de las instrucciones de uso de los endoscopios de vías respiratorias de Olympus, con los pasos a seguir para examinar la entrada al canal de biopsia antes de cada uso, con el fin de evitar posibles aflojamientos que puedan causar lesiones en los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/12/2018
Localizador: 7RZPBL9846

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89