MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-652	PS/PRV/49148

PRODUCTO
CERAMENT™ Bone Void Filler (referencia A0210), CERAMENT™ G (referencia A0450) y CERAMENT™ V (referencia A0451)

FINALIDAD PREVISTA
Sustituto de injerto óseo de cerámica reabsorbible

FABRICANTE
BoneSupport AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
Prim S.A Calle F, Número 15, Polígono Industrial Nº 1, 28938 Mostoles. Madrid

ASUNTO
Actualización de las instrucciones de uso de los rellenos óseos Cerament, debido a la inclusión de una nueva precaución cuando se utiliza en quistes óseos aneurismáticos y otros quistes óseos con tendencia a producir grandes volúmenes de líquido.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/12/2018
Localizador: NK88SA71D9

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89