ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-650	PS/CGG/49284

PRODUCTOS
Biplaca Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliance™ ESBL / Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliance™ CRE (Ref. PO1265E)

FINALIDAD PREVISTA
Pruebas *in vitro* para la detección de bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (ESBL) y para la detección de enterobacterias resistentes a carbapenem (CRE).

Nº LOTE
2442472 (Fecha caducidad: 15-11-2018)

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Scientific S.L.U., C/ Luis I, 9, 28031 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y revisión de los resultados obtenidos con el lote 2442472 debido a la posibilidad de que en el lado CRE se haya producido el crecimiento de *Escherichia coli* sensible al carbapenem y se hayan obtenido resultados falsos positivos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa