ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-654	PS/MRG/49151

PRODUCTO
InterActive Precision IO Scan Adapter (número de pieza 6534-09PT).

FINALIDAD PREVISTA
Adaptador de escáner que captura la posición y orientación de los implantes dentales durante el proceso de escaneo digital. Fabricados con el polímero termoplástico PEEK, con una base de titanio como interconexión.

Nº LOTE
104479 y 104963

FABRICANTE
Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR
Implant Direct Iberia SL, C/ Valgrande, 8 - 2ª planta. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de los lotes 104479 y 104963 del adaptador de escáner InterActive Precision IO debido a la posibilidad de que la parte de material PEEK se encuentre suelta en la base de titanio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa