ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-657	PS/NA/49043

PRODUCTO

Conectores de cartucho de los kits de vendajes de tratamiento de heridas de presión negativa de Venturi. Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Apósitos de Terapia de Heridas de Presión Negativa Venturi.

FABRICANTE

Talley Group Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

- Parafarmic, Pol. Ind Bergondo, calle Parroquia de Bergondo R10A, Bergondo, 15165 La Coruña.
- Serhosa Servicios Hospitalarios S.L. C/ Manuel Tovar, 24, 28034 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de desconexión y pérdida de la presión negativa debido a un daño del producto en el transporte o por una caída del dispositivo al conectarse a una bomba de tratamiento de heridas por presión negativa o a la aplicación de una fuerza excesiva en la mitad superior del conector.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.