MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-665	PS/MTM/49272

PRODUCTO

Gel transmisor de ultrasonidos:

- QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION, frasco 250 ml, referencia 99.800.25
- QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION, cont. 5 litros, referencia 99.800.22

Nº LOTE

- Lote CG130801 (referencia 99.800.25)
- Lotes CG130802 y CG091001 (referencia 99.800.22)

FABRICANTE

AB MEDICA GROUP S.A., España.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado, a requerimiento de la AEMPS, de determinadas referencias y lotes del gel para ultrasonidos QUICK-ECO GEL® CRISTAL VERSION debido a la contaminación microbiana del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/12/2018
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: V S E T Z P W D 5 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89