ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-664	PS/CGG/49389

PRODUCTOS

Sistemas de Resonancia Magnética (RM):

- Signa OpenSpeed
- Signa Infinity con tecnología Excite
- Signa Excite 3T
- Signa Infinity y Signa Infinity Twinspeed
- Signa Profile
- Signa Ovation .35T
- Signa HFO
- Signa Ovation con Excite y 0.7T Signa OpenSpeed
- Signa Ovation HD
- Signa HDe
- 1.5T Signa HDxt
- Brivo MR355 y Optima MR360
- Signa Creator y Signa Explorer

VERSIONES SOFTWARES VÁLIDAS

Ver versiones de software válidas no afectadas por el problema en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

GE Medical Systems LLC., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

GE Electric Healthcare España S.A., C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a que se han podido cargar versiones de software incorrectas en diversos sistemas de resonancia magnética de GE Healthcare.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa