ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-662	PS/CGG/49322

PRODUCTO
Sistema Spectra Optia (Ref. 61000)

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de aféresis terapéutica

FABRICANTE
Terumo BCT Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Terumo BCT España S.L.U., C/ Aragó 264, 08007 Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad e instalación de un collar en el soporte de suero del sistema Spectra Optia para evitar su caída lo que podría causar lesiones al operador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/12/2018
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Z E F 3 7 A 3 C 4 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89