ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-666	PS/CGG/49357

PRODUCTO
VITROS® Immunodiagnostic Products Myoglobin Calibrators (Ref. 6801043)

FINALIDAD PREVISTA
Calibración de los sistemas de inmunodiagnóstico VITROS ECi/ECiQ/3600 y sistemas integrados VITROS 5600/XT 7600 para la medición cuantitativa de mioglobina en suero y plasma humanos.

Nº LOTES
- 1271 a 1310 (caducados)
- 1315 y posteriores (en fecha)

FABRICANTE
Ortho Clinical Diagnostics, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Ortho Clinical Diagnostics Spain S.L.U., Av. Partenón 10, 28042 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y nuevas instrucciones para la utilización de los calibradores VITROS de mioglobina, debido a un problema de estabilidad que puede provocar fallos de calibración o resultados desviados después de una calibración correcta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa