ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-663	PS/CGG/49323

PRODUCTO
Sistema Trima Accel (Ref. 81000)

FINALIDAD PREVISTA
Sistema automático de recolección de los distintos componentes de la sangre (plasma, plaquetas o hematíes).

FABRICANTE
Terumo BCT Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Terumo BCT España S.L.U., C/ Aragó 264, 08007 Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad e instalación de un collar en el soporte de suero del sistema Trima Accel para evitar su caída lo que podría causar lesiones al operador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa