ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-661	PS/SM/49374

PRODUCTO

MOSAIQ versión 1.0 y superior y Multi-ACCESS versiones 6.1 y superior que emplean:
- Aceleradores lineales EXCI, TrueBeam y la consola Varian 4D con cuñas dinámicas mejoradas (EDW) o estáticas,
- Aceleradores lineales de Siemens con cuñas virtuales (VW) o estáticas,
- Sistemas de planificación de tratamientos que no obliguen al usuario a definir las ID de cuña

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de gestión de radioterapia oncológica

VERSION SOFTWARE

MOSAIQ 1.0 y superior y Multi-ACCESS versiones 6.1 y superior

FABRICANTE

Elekta, Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Elekta Medical, S.A.. Manuel Tovar 43, 28034 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a que si no se incluye ninguna ID (Identificador) de cuña en el DICOM RT PLAN que se envía del TPS (Sistema de Planificación de Tratamiento), el campo de MOSAIQ y Multi-Access se creará sin cuña

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa