MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-680	PS/SSH/49411

PRODUCTO
Fuente de alimentación de la impresora de códigos de barras externa modelo GX430t, instalada como accesorio en combinación con el Sistema cobas 8100.

Nº SERIE AFECTADO EN ESPAÑA
1302-04.

FABRICANTE
Hitachi High-Technologies Corporation (HHT), Japón.

DISTRIBUIDOR
Roche Diagnostics S.L., Av. de la Generalitat, 171-173, E-08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Cese de la utilización y reemplazo de determinadas fuentes de alimentación de la impresora de códigos de barras modelo GX430t, que se instala junto al Sistema cobas 8100, debido a la posibilidad de que se produzca un aumento excesivo de la temperatura.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/12/2018
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S B 6 6 A K F C 4 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89