# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-675 | PS/CGG/49375 |

**PRODUCTO**
Máquina de diálisis Surdial™ X

**VERSION SOFTWARE**
1.453

**FABRICANTE**
Nipro Corporation, Japón

**DISTRIBUIDOR**
Nipro Medical Europe, 2800 Mechelen, Bélgica

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad y actualización del software de determinadas máquinas de diálisis Surdial™ X a la versión 1.460 o superior, debido a la posibilidad de que, en circunstancias específicas, la pantalla táctil de la máquina no responda y el usuario tenga que interrumpir el tratamiento manualmente.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa