MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-681	PS/CGG/49440

PRODUCTO
Insertos acetabulares BIOLOX® delta tamaño Ø 36/44 mm, modelo 02203644

NÚMEROS DE SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA
183010G001, 18360EE008

FABRICANTE
Implantcast GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
MBA Incorporado S.L., Av/ Jardín Botánico 1345, 33203 Gijón, Asturias

ASUNTO
Retirada del mercado del modelo 02203644 de los insertos acetabulares BIOLOX® delta tamaño Ø 36/44 mm, debido a que el tamaño del acetábulo de cadera que aparece en la etiqueta es incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/12/2018
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 3 6 V 7 C X B E 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89