ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-677	PS/AG/49256

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA

Analizadores COBAS INTEGRA® 400 plus:

- COBAS INTEGRA® 400 plus con módulo ISE (electrodos selectivos para iones), referencia 03245233001
- CLEAN (Cleaner Cassette, COBAS INTEGRA® 400 plus), referencia 20764337322

FINALIDAD PREVISTA

Analizador automatizado diseñado para realizar pruebas diagnósticas de química clínica: química clásica, electrolitos, proteínas específicas, vigilancia de fármacos terapéuticos, drogas de abuso y hormonas tiroideas.

FABRICANTE

Roche Diagnostics GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Roche Diagnostics S.L., Avenida de la Generalitat, 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que se produzca un arrastre adicional en varias pruebas realizadas en estos analizadores

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa