ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-684	PS/CGG/49489

PRODUCTO
Tapa de seguridad, modelo P1129017, utilizada con el procesador de sonido Baha 5

Nº LOTE
COH1253733 (tapa de seguridad)

FABRICANTE
Cochlear Bone Anchored Solutions AB (CBAS), Suecia

DISTRIBUIDOR
Suministros Hospitalarios S.A., C/Tortosa 199-201, 08918 Badalona, Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el lote COH1253733 de las tapas de baterías (modelo P1129017) utilizadas con el procesador de sonido Baha 5 contenga tapas de baterías normales en lugar de tapas de seguridad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa