ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-685	PS/PRV/49492

PRODUCTO
Sistema de Contraste de Mamografía Digital I-View®. Referencia: ASY-08109

FABRICANTE
Hologic, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Emsor S.A, C/ Isabel Colbrand 10-12, Edificio EMSOR, local 138, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con un problema de calibración del software que podría afectar a la calidad del contraste de la imagen obtenida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/12/2018
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: G K T G S G 7 1 1 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89