ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-002	PS/SM/49559

PRODUCTO
Flexima™ Duodenal Bend Stent Biliar con Sistema Introductor, modelos M00539220 y M00539210

Nº LOTE
22960202 (modelo M00539220) y 22960201 (modelo M00539210)

FABRICANTE
Boston Scientific Corporation, EEUU

DISTRIBUIDOR
Boston Scientific Ibérica S.A. Calle de la Ribera del Loira, 38, 28042 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del sistema de stent biliar Flexima por posibles defectos de sellado en la barrera estéril.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa