ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-005	PS/ME/49441

PRODUCTO

Cable de paciente para ECG de 3/5 latiguillos Efficia, AAMI/IEC, referencia 989803160641.

FABRICANTE

Philips Medical Systems, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

- Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.
- Dextro Medica, S.L., Av. Pio XII, 1, 46009, Valencia.
- Palex Medical, S.A., C/ Jesús Serra Santamans 5, 08174 San Cugat del Vallés, Barcelona.
- Galmédica, S.L., Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, Vial Centro Comercial, parcela 20, 32792 Orense, Galicia.

ASUNTO

Cese de la utilización de los cables de paciente para ECG de 3/5 latiguillos Efficia, AAMI/IEC, referencia 989803160641, fabricados entre febrero de 2014 y septiembre de 2018, sin la etiqueta “HP”, debido a la posibilidad de que se produzca una reducción, parcial o total, de la energía suministrada durante una desfibrilación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa