MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-001	PS/SSH/49107

PRODUCTO
Sistema DX-D 600. Referencia: PRB2000091.

FINALIDAD PREVISTA
El Sistema DX-D 600 de radiografía directa está destinado a crear, procesar y visualizar imágenes radiográficas estáticas del esqueleto (incluido el cráneo, la columna vertebral y las extremidades), el tórax, el abdomen y otras partes del cuerpo de pacientes adultos, de pediatría o de neonatología.

FABRICANTE
Agfa NV, Bélgica.

DISTRIBUIDOR
Agfa NV, Calle Gaspar Fábregas i Roses 81, 3ª planta, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad, debido a la posibilidad de que el soporte del tubo de rayos X del sistema de radiografía DX-D 600, bien en su configuración de mesa y soporte mural, o bien, en soporte mural únicamente, continúe desplazándose aún después de haber liberado el pulsador de movimiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 08/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 X B 4 C 9 R E 9 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89