# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-012 | PS/MTM/49472 |

**PRODUCTO**
PREMIER Cryptococcal Antigen, nº catálogo 602096

**FINALIDAD PREVISTA**
El test de imnunoensayo enzimático PREMIER Cryptpcoccus Antigen es un sistema para detectar la presencia (cualitativo) o para medir la cantidad de forma semi-cuantitativa de los antígenos del lipopolisacárido capsular del *Cryptococcus neoformans*, en suero y líquido cefalorraquídeo (LCR).

**Nº LOTE**
Nº lote del Kit: 602096K089, 602096K090

**FABRICANTE**
Meridian Bioscience Inc., EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
Grifols Movaco S.A., C/Can Guasch, 2, 08150 Parets del Vallès, Barcelona.

**ASUNTO**
Cese de utilización de los lotes 602096K089 y 602096K090 del test PREMIER Cryptococcal Antigen, nº catálogo 602096, debido a que el reactivo conjugado del kit no mantiene la estabilidad hasta la fecha de caducidad establecida, pudiendo obtenerse resultados falsos negativos, y revisión de los resultados negativos generados con el uso del lote 602096K089.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso empresa