MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-009	PS/ NC/49488

PRODUCTO AFECTADO
Soportes para la Base del Contenedor Max VPC, referencia 231201002 y para la Caja de Tornillos Max VPC, referencia 231201003.

Nº LOTE
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Biomet Orthopaedics, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U., calle Metalurgia 32-34, Edificio Sertram II, 08038 Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados lotes de los soportes para la Base del Contenedor Max VPC y para la Caja de Tornillos Max VPC, debido al posible desprendimiento de silicona durante la limpieza y la esterilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X A 9 6 E S B 2 E 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89