ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-008	PS/NC/49326

PRODUCTO
Grapadora hemorroidal circular PROXIMATE®, códigos de producto PPH01 y PPH03.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Ethicon Endo Surgery, LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A , Paseo de las Doce Estrellas 5 - 7, 28042 Madrid.

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados lotes de la Grapadora hemorroidal circular PROXIMATE®, debido a que podrían haber sido montados sin una arandela, lo que podría causar un funcionamiento incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.