MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-019	PS/CGG/49495

PRODUCTO
Epix® Sonda electroquirúrgica con evacuación de humos, punta/gancho en forma de L, modelo CW002

N^{os} LOTE
1336418, 1340206

FABRICANTE
Applied Medical Resources, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Applied Medical Distribution Europe BV- Sucursal España, C/Ribera del Loira 46, 28042 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de la sonda electroquirúrgica Epix® (modelo CW002), debido a la posibilidad de que el aislamiento cerca de la punta del dispositivo se desplace involuntariamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Q C C T K K 3 7 8 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89