ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-020	PS/CGG/49525

PRODUCTOS
Circuitos respiratorios/ Sets de anestesia desechables (ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa)

FINALIDAD PREVISTA
Conducción de gases respiratorios entre el equipo de anestesia o unidad de ventilación y el paciente.

FABRICANTE
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania

DISTRIBUIDOR
Dräger Medical Hispania S.A., C/Xaudaró 5, 28034 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que una conexión incorrecta o un ensamblado incorrecto de determinados circuitos respiratorios, pueda provocar que el paciente no reciba la ventilación esperada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: D Q F 5 X V D 9 4 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89