MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-016	PS/MAT/48775
PRODUCTO KODAK DirectView DR 7500 System	
FINALIDAD PREVISTA Sistema diagnóstico de rayos X	
Nº SERIE Todas las unidades DR 7500 System (números de serie del 0100 al 0944)	
FABRICANTE Carestream Health, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Carestream Health Spain, SA.; Vía de las Dos Castillas 33, 2ª pta; 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con un posible error de funcionamiento del conjunto de la grúa para tubos elevada (OTC) de DR 7500 System que podría provocar la rotura de los dos cables de acero que conectan el sistema a su anclaje de techo, por lo que el equipo podría caerse.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	