MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-017	PS/MAT/48867
PRODUCTO Minisart® NML REF : 16534----------K	
FINALIDAD PREVISTA Filtro de jeringa	
Nº LOTE 80535103	
FABRICANTE Sartorius Stedim Biotech GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Sartorius Stedim Spain / Sartorius Spain; Avda. de la Industria, 32 - Edificio PAYMA. 28108 Alcobendas (Madrid).	
ASUNTO Cese de la utilización y retirada del mercado del lote 80535103 de los filtros Minisart® NML REF : 16534----------K, debido a que en algunas unidades se montaron incorrectamente membranas con un tamaño de poro de 1,2 µm en lugar de 0,2 µm.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 V 8 5 K 3 4 4 D C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89