ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-023	PS/PRV/49521

PRODUCTO
Sislemas Volcano s5i, CORE y CORE Mobile con la verion 2.5 de software FFR/iFR.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Evaluación cualitativa y cuantitativa de la morfología vascular de las arterias coronarias y los vasos de la vasculatura periférica y medición de la presión sanguínea intravascular

VERSION SOFTWARE
2.5

FABRICANTE
Volcano Corporation, EEUU

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A., C/María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de software de los sistemas Volcano s5i, CORE y CORE Mobile, debido a un posible problema de interoperabilidad cuando están conectados a determinados sistemas hemodinámicos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa