ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-018	PS/SSH/49249

PRODUCTOS

- Kit de radioinmunoensayo para la cuantificación de:

Analito	Referencia
Cromogranina A humana (CGA)	CGA-RIACT
Antígeno específico de próstata (PSA)	PSA-RIACT
PSA Libre	FPSA-RIACT
L-3,3',5-triyodotironina (T3)	OCPE07-T3 y OCPE57-T3
Tiroxina (T4)	OCPG07-T4 y OCPG57-T4
Aldosterona	ALDO-RIACT

- Kit para la determinación enzimática de Cromogranina A humana (ChromoA) en suero o plasma. Referencia CGA-ELISA (protocolo largo).

FABRICANTE

Cisbio Bioassays, Francia.

DISTRIBUIDOR

Curium Pharma Spain SA., Avda, Doctor Severo Ochoa, 29, 28100, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso, debido a la posibilidad de que las muestras procedentes de suero, plasma u orina humanos, puedan presentar niveles de biotina que interfieran en la determinación de los parámetros indicados, conduciendo a resultados erróneos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.