MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-029	PS/SM/49735
PRODUCTO ECLIPSE 2L, referencia ECL2L 6x20	
FINALIDAD PREVISTA Catéter con balón	
Nº LOTE 00321583 y 00332661	
FABRICANTE Balt Extrusion, Francia	
DISTRIBUIDOR Balt Spain Medical S.L. C/ Ausias March, 124. 08013, Barcelona	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes 00321583 y 00332661 del producto ECLIPSE 2L por posibles problemas con la deflación del balón	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 16/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L L C K B Y E 1 7 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89