ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-030	PS/CGG/49733

PRODUCTO
ThermoScientific™ Oxoid™ Meropenem 32 M.I.C.E. strip, número de catálogo MA0121D&F

FINALIDAD PREVISTA
Pruebas *in vitro* para determinar cuantitativamente la concentración mínima inhibitoria (CMI) de un antibiótico frente a un microorganismo problema.

Nos LOTE
2356765 (Fecha caducidad: 31/07/2019)
2341306 (Fecha caducidad: 30/06/2019)

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific Microbiology Basingstoke, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics S.L.U., Av/ Alcalde Barnils 70, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

ASUNTO

- Advertencia de seguridad y cese de utilización del lote 2356765 de las tiras Oxoid™ Meropenem 32 M.I.C.E (MA0121D&F), debido a la posibilidad de obtener resultados de CMI altos y fuera de especificaciones cuando se analizan con Staphylococcus aureus ATCC®29213™ Staphylococcus aureus ATCC®25923™, Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853™ y Enterococcus faecalis ATCC®29212 ™.

- Advertencia de seguridad y cese de utilización del lote 2341306 de las tiras Oxoid™ Meropenem 32 M.I.C.E (MA0121D&F), debido a la posibilidad de obtener resultados de CMI altos y fuera de especificaciones cuando se analizan con Staphylococcus aureus ATCC®25923™.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa