ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-028	PS/PRV/49508

PRODUCTO
Asas de polipectomía endoscópica AcuSnare. Referecias ASDB-15-015-S y ASDB-25-015-S

Nº LOTE
Ver listado de lotes afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Cook Endoscopy/Wilson-Cook Medical Inc, USA

DISTRIBUIDOR
Cook España S.A., C/Vía Augusta, 2bis, 5ªPlanta, 08006 Barcelona

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de asas de polipectomía AcuSnare, debido a la posibilidad de que el asa no se retraiga completamente o se deforme, pudiendo causar perforaciones y/o la necesidad de retirada del asa afectada mediante cirugía.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa