MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-035	PS/CGG/49490

PRODUCTOS

Agujas médicas hipodérmicas (ver referencias y descripción de las agujas afectadas en la nota de aviso de la empresa)

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR

Unimed S.A., C/ Grand-Pré 10, 1007 Lausana, Suiza

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias de agujas médicas al no disponer de los certificados acreditativos de la conformidad como productos de la clase III.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: R 2 7 8 F 7 N C 2 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89