ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-032	PS/SSH/49734

PRODUCTO

Equipo de anclajes de sutura gastrointestinal Entuit® Secure:

- Número de catálogo GIAS-SRM-2, referencia G35569
- Número de catálogo GIAS-SRM-3, referencia G35570

FINALIDAD PREVISTA

Sistema destinado al anclaje de la pared anterior del estómago a la pared abdominal antes de la introducción de catéteres de intervención.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Cook Incorporated, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Cook Medical EUDIC, Robert-Koch-StraBe, 2. 52499 Baesweiller, Alemania

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencia y lotes del equipo de anclajes de sutura gastrointestinal Entuit® Secure, debido a la posible dificultad de deslizar hacia abajo el mecanismo de retención.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.