ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-038	PS/MAT/49257

PRODUCTO
Generadores SenTiva® Modelo 1000 del sistema VNS Therapy®

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de terapia de estimulación del nervio vago – Vagus Nerve Stimulation Therapy® ("VNS Therapy"), que consta del generador implantable de VNS Therapy, la derivación y el sistema de programación externo, indicado para el tratamiento de la epilepsia y/o depresión crónica o recurrente.

FABRICANTE
LivaNova USA, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
LivaNova España S.L.; Avda. Diagonal, 123,10º; 08005 Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a que los valores de impedancia referidos para el generador SenTiva Modelo 1000 serán más altos que los notificados para generadores de los modelos 103-106.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa