ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-033	PS/NC/49436

PRODUCTO

Microscopios quirúrgicos Leica M220 F12, fabricados entre el 9 de marzo de 2017 y el 31 de octubre de 2018.

FABRICANTE

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR

Leica Microsistemas S.L.U.Plaza Europa,41-13, (Torre Realia), 08908L'Hospitalet de Llobregat.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados Microscopios quirúrgicos Leica M220 F12, debido a una insuficiente fijación de los tornillos que conectan el brazo móvil con el portaópticas, lo que podría dar lugar a la caída del portaópticas en el campo quirúrgico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.