ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-041	PS/PRV/49826
PRODUCTO Sistemas de mamografía digital Senographe Crystal Nova	
FABRICANTE GE Ultrasound Ltd, Corea.	
DISTRIBUIDOR GE Healthcare España, S.A., Calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.	
Advertencia de seguridad y actualización de software de los sistemas de mamografía Crystal Nova debido a la posibilidad de cruce entre los datos demográficos de pacientes y las imágenes radiológicas obtenidas, pudiendo dar lugar a un diagnóstico incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	