ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-051	PS/MAT/49941

PRODUCTO
EXTENSION SET - Ref. 12200
Equipo de extensión, filtro de 0,2 micras, tubos revestidos de polietileno resistentes a la luz.

FINALIDAD PREVISTA
Equipo de extensión para administración I.V

Nº LOTE
86-191-SL, 86-192-SL, 86-927-SJ

FABRICANTE
ICU Medical Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
ICU Medical Productos farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Avenida de Barajas 24, 4ª Planta, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que en algunos envases se hayan incluido por error equipos de administración intravenosa de policloruro de vinilo (PVC) sin DEHP, que no están revestidos de polietileno (PE) y que no son resistentes a la luz.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa