MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-042	PS/AG/49848

PRODUCTO

Sistemas de Resonancia Magnética Intera, Omniva, Enterprise, Achieva, Achieva XR, Achieva Conversion, Panorama HFO, Ingenia, SmartPath to dStream, Multiva, Prodiva, MR-OR, MR-RT, MR-Linac, MR-Marlin systems.

Nº SERIE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los modelos y configuración afectados.

FABRICANTE

Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A., sita en la calle María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a un problema detectado en la fijación de los altavoces integrados en el techo de la sala de examen de estos sistemas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P F V A C V 3 C E 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89