MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-044	PS/AG/49972
PRODUCTO Analizador ELITech V-Twin, referencia 6002-800.	
Nº LOTE 3-3021 hasta 18-3345.	
FABRICANTE ELITechGroup B.V., Holanda.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización del firmware debido a la posibilidad de que durante el análisis el instrumento pueda aspirar una muestra del contenedor de muestra incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Nota de aviso empresa seguimiento	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/01/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 2 V D G P X 3 6 D F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89