ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-053	PS/PRV/49973

PRODUCTO
Centricity Universal Viewer

FINALIDAD PREVISTA
Software de gestión de imágenes médicas

VERSION SOFTWARE
6.0 SP4 o superiores

FABRICANTE
GE Healthcare, EEUU

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, S.A. Calle Gobelas, 35-37, 28023 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del manual de usuario del sistema Centricity Universal Viewer debido a la posibilidad de que se produzca una pérdida de sincronización en el contexto del paciente cuando se usa con las estaciones de trabajo IDI mammo versiones 4.7.x o con cualquier versión de SenoIris, lo que podría conducir a un diagnóstico erróneo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa