ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-056	PS/ME/49971

PRODUCTO
Sistemas de monitorización de paciente Philips Xper Flex Cardio, modelos FC2010 y FC2020.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de monitorización fisiológica y hemodinámica completa.

Nº REFERENCIA
453564241901, 453564241911, 453564483321, 453564483331, 453564621791, 453564621801 y 453564669081.

FABRICANTE
Philips Medical Systems, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de monitorización de paciente Philips Xper Flex Cardio, debido a la posibilidad de que se produzcan anomalías en la onda de ECG y presión en tiempo real y a que las medidas de SpO_2 o de PNI no se actualicen en la pantalla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa.