MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-037	PS/NC/49044

PRODUCTO
Grúas Minstrel SIN báscula, modelo HMA0001, fabricadas entre de enero de 2008 y marzo de 2010.

Nº SERIE
Ver listado de números de serie afectados en el Anexo A de la Nota de aviso de la empresa. Rango de números de serie afectados del MPLAT0801A3116 al MN1003G256.

FABRICANTE
ArjoHuntleigh AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
ARJO IBERIA S.L.,C/ Alguer 7, Nave 4, 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con un posible riesgo de desprendimiento del bastidor de determinadas Grúas Minstrel SIN báscula, lo que podría causar la caída del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Nota informativa AEMPS PS, 05/2019

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/02/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Q C Z 7 6 4 5 2 7 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89