ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-063	PS/MTM/49819

PRODUCTO
Equipos de Tomografía de coherencia óptica en 3D DRI OCT Triton y DRI OCT Triton plus

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo de captación de imágenes tomográficas de alta resolución y biomicroscópicas que no requieren contacto físico.

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

VERSION SOFTWARE
Versión 1.13 del firmware integrado

FABRICANTE
TOPCON CORPORATION, Japón.

DISTRIBUIDOR
TOPCON ESPAÑA S.A., C/ Frederic Mompou 4, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que determinados sistemas de Tomografía de coherencia óptica en 3D DRI OCT Triton y DRI OCT Triton plus muestren una información inexacta sobre el ojo izquierdo y derecho, al tomar una nueva imagen después de cancelar el estado de ahorro de energía, debido a un error de software.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa