ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-061	PS/ME/49955

PRODUCTO

Monitores Philips Efficia CM:

- CM10 referencia 863301
- CM12 referencia 863303
- CM100 referencia 863300
- CM120 referencia 863302
- CM150 referencia 863304

FINALIDAD PREVISTA

Monitores de paciente diseñados para la monitorización, registro y creación de alarmas de numerosos parámetros fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos y neonatales por parte de profesionales sanitarios.

Nº SERIE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los nº de serie afectados.

FABRICANTE

Philips Medical Systems, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con los monitores Philips Efficia CM, debido a la posibilidad de que las baterías de ion-litio que hayan excedido su vida útil se sobrecalienten/incendien.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa para distribuidores.
- Nota de aviso de la empresa para centros sanitarios.